

初步技术参数

设备名称	彩色多普勒术中超声诊断仪	总数量（台/套）	1	预算总金额（万元）	50
序号	技术和性能参数名称	参数和性能要求			备注
1	基本要求	用途说明：腹部、产科、妇科、疼痛科、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它			
2	技术和性能参数	原厂内置≥2个探头接口，可扩展至≥4个探头接口；≥15英寸彩色医用液晶显示器；彩色多普勒模式下测量血管中某点的血流速度，可同屏显示≥7组数据；动态范围≥270°，可视可调			