

## 初步技术参数

设备名称	侧卧位支撑带夹具	总数量（台/套）	4	预算总金额（万元）	18.88
序号	技术和性能参数名称	参数和性能要求			备注
1	基本要求	配合手术进行体位摆放，方便手术，并且保证手术时候病人体位固定和安全			
2	技术和性能参数	可适配mizuho-5602、mizuho-3502系列手术床；支撑杆可调，易于定位方便可调；挡板长度 $\geq 165\text{mm}$ ；挡板宽度 $\geq 120\text{mm}$ ；支撑杆为不锈钢构成			