

## 初步技术参数

设备名称	4K医用内窥镜摄像系统	总数量（台/套）	1	预算总金额（万元）	48
序号	技术和性能参数名称	参数和性能要求			备注
1	基本要求	集成摄像、LED光源照明、图像录放存储功能于一体的4k医用内窥镜摄像机			
2	技术和性能参数	主机专业手术场景选择：≥5种，可针对不同手术及镜头进行预设；摄像主机自带4K图像录制、播放、存储功能；可通过摄像头、红外遥控器、主机面板行对主机进行设置或控制；不少于4个摄像头按键，遥控按键可实现包括白平衡、放大、缩小、冻结等功能按键；摄像头最低照度率≤2Lux；摄像头带有电子放大功能摄像头带有电子放大功能，放大倍数1-3倍；内置led冷光源			