

## 初步技术参数

设备名称	彩色多普勒超声诊断仪	总数量（台/套）	1	预算总金额（万元）	50
序号	技术和性能参数名称	参数和性能要求			备注
1	基本要求	台式超声诊断仪，主要用于超声诊断科日常工作，需要具备凸阵探头、腔内探头、线阵探头及血管探头。			
2	技术和性能参数	要求所投机型为2021年和2021之后最新版本并具备持续升级能力；显示器≥19英寸，高分辨率彩色液晶显示器。操作液晶触摸屏≥10英寸；凸阵探头，频率范围包含（2.0- 5.0）MHz；线阵探头，频率范围包含（6.0-12.0）MHz；腔内探头，频率范围包含（4.0-9.0）MHz；血管探头，频率范围包含（3.0- 9.0）MHz；全套用于全身检查的软件系统			