

初步技术参数

设备名称	运动负荷超声心动图辅助检测系统	总数量（台/套）	1	预算总金额（万元）	47
序号	技术和性能参数名称	参数和性能要求			备注
1	基本要求	适用于在评估心脏运动储备功能心脏超声检查时，通过卧位蹬车，增加心脏负荷、监测实时心电图、配合心脏超声检查			
2	技术和性能参数	具备心电测试模块、运动血压监护模块、卧式功率车；具备心律失常自动检测及文档存储，采用多导联心率检测；卧式功率车支持多种运动模式并支持运动模式编辑功能；系统应内置标准运动方案，并可自定义运动方案；系统终身免费升级；免费开放所有数据传输端口，可以和医院相关系统对接			