

## 初步技术参数

设备名称	手术头架	总数量（台/套）	1	预算总金额（万元）	47
序号	技术和性能参数名称	参数和性能要求			备注
1	基本要求	适用于神经外科颅脑手术时固定头颅、脊柱外科颈椎手术室固定头颅，提供稳定手术区域			
2	技术和性能参数	头夹完全无金属；可用于CT、DSA、X线等辅助检查；三钉式固定方式；底座具备手术床侧方导轨固定功能			