

## 初步技术参数

设备名称	血液透析机	总数量（台/套）	3	预算总金额（万元）	39
序号	技术和性能参数名称	参数和性能要求			备注
1	基本要求	适用于急性、慢性肾功能不全患者的替代治疗			
2	技术和性能参数	<p>至少具备血液透析、超滤等模式；超滤流量：至少包含0~4000ml/h，可调；超滤精度：±1%；透析液流量：至少包含0-800ml/min,可调；治疗过程中可进行周期性的水路密闭系统循环压力测试；具备在线血压测量功能；消毒方式：可进行化学、热、脱钙等多种消毒清洗程序；网络通信接口及数据通信协议，全部免费开放。设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于血液透析设备，应包括静脉压、跨膜压、血压、报警等信息。</p>			