

初步技术参数

设备名称	医用离心机	总数量（台/套）	1	预算总金额（万元）	4
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
1	基本要求	用于从自体血中制备血小板血浆浓缩物，组织的再生和修复，从而达到治疗目的			
2	技术和性能参数	转速 \geq 3500RPM；离心力 \geq 1500g；容量：可容纳至少6个10mL采血管			
3	配套耗材要求	封闭耗材（试剂）			

封闭耗材（试剂）用量测算表

项目名称	医用离心机					
封闭耗材（试剂）描述	耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。					
序号	耗材（开展项目）名称	※规格	预估2年用量	计量单位	最高限价（万元）	备注
1	富血小板血浆制备用套装Regen ACR-C	I型（Regen ACR-C Plus）	200	套	186	
2	富血小板血浆制备用套装Regen ACR-C	III型（Regen ACR-C Classic）	300	套	249	