

初步技术参数

设备名称	双极电凝器	总数量（台/套）	1	预算总金额（万元）	10
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
1	基本要求	适用于显微外科和微创外科手术的组织切割及凝血。			
2	技术和性能参数	具备微调功能；具备动态监测功能；具备动态监测功能；具备漏电保护功能；功率微调节步进 $\leq 0.5W$			