

集中采购项目技术参数表

项目名称	放大肠镜		
预算金额	52 万元	数量/计量单位	1 条
		国产/进口	进口
设备功能要求			
<p>放大肠镜可对肠道的可疑病变（炎性、肿瘤性、增生性等）进行放大观察，可初步判定病变性质，有针对性地活检及内镜下处置。</p>			
软硬件配置清单			
序号	名称	数量	单位
1	放大肠镜	1	条
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	感光元件	CMOS	
2	染色技术	LCI/BLI/FICE	
3	前射水	有	
4	钳道直径(mm)	3.2	
5	先端部直径(mm)	11.7	
6	软性部直径(mm)	11.8	
7	视野范围(mm)	1.5-2.5/3-100	
★8	视野角度	140° /56°	
9	视野方向	0°	
10	工作长度(mm)	1330	
11	全长(mm)	1650	
12	弯曲角度	上：180° ； 下：180° ； 左：160° ； 右：160°	
13	无线/一键插拔	具备	

14	硬度可调	具备
15	顺应弯曲	具备
16	精准传导	具备
★17	兼容性	与科室现有的富士 VP-7000 主机配套使用
经济要求		
序号	指标名称	详细要求
1	质保期	整机免费质保三年
实施建议		
序号	指标名称	详细要求
1	采购方式	单一来源

备注：技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“#”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“#”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。