

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求				备注
*1	基本要求	产品与高频手术设备配套使用，用于良性前列腺增生症的电切手术治疗，也可与激光手术设备配套使用，用于良性前列腺增生症的激光汽化手术治疗				
*2	资质认证	CFDA 认证，CE 认证				
3	技术和性能参数					
	例如(器械名称)	材质	操作方式	规格型号 (直径、长度等)	数量 (单位)	
• 3.1	30° 内窥镜	不锈钢	手持式	视向角 30° 直径 4mm 长度 301mm(需带样品)	3(条)	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
• 3.2	0° 粉碎镜	不锈钢	手持式	视向角 0° 长度 200mm(需带样品)	2(条)	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
• 3.3	光纤操作器	不锈钢	手持式	被动激光手件 快速光纤 导引道口，含光纤操作杆 1.0mm\1.2mm\1.4mm\1.6mm 各一条(需带样品)	3(把)	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
• 3.4	电切操作器	不锈钢	手持式	被动手件单、双极一体手件 (需带样品)	3(把)	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3.5	镜鞘(外鞘)	不锈钢	手持式	26Fr 连续冲洗工作长度 190mm	3(支)	
3.6	镜鞘(内鞘)	不锈钢	手持式	金属头 24Fr 可 360° 旋转	3(支)	

3.7	镜鞘(内鞘)	不锈钢	手持式	陶瓷头内鞘 24Fr 可 360° 旋转	3(支)		
3.8	镜鞘(闭孔器)	不锈钢	手持式	盲视	2 (支)		
3.9	镜鞘(可视闭孔器)	不锈钢	手持式	可视	1 (支)		
3.10	电切环	合金	电切操作器连接	环状	10(支)		
3.11	冲洗瓶含冲洗接头	\	\	含软管霍夫曼式	3 (个)		
3.12	高频线		\	单双极一体线	3 (条)		
3.13	消毒盒	\	\	\	3 (个)		
*4	保修时间	≥2 年					
5	交货期	合同签订后 3 个月内交货					

备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1 项未达到招标文件要求，即做废标处理

2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。

3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。