

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求				备注
*1	基本要求	供检查尿道或膀胱内疾病和手术时观察用				
*2	资质认证	CFDA 认证, CE 认证				
3	技术和性能参数					
	例如(器械名称)	材质	操作方式	规格型号 (直径、长度等)	数量 (单位)	
• 3.1	30° 膀胱镜	不锈钢	手持式	视向角 30°, 直径 4mm, 长度 ≥ 300mm(需带样品)	10(支)	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
• 3.2	70° 膀胱镜	不锈钢	手持式	视向角 70°, 直径 4mm, 长度 ≥ 300mm(需带样品)	10(支)	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
• 3.3	膀胱镜鞘及闭孔器	不锈钢	手持式	外孔径 Fr19.8, 插入/进入长度 ≥ 230mm(需带样品)	10(件)	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
• 3.4	膀胱镜鞘及闭孔器	不锈钢	手持式	外孔径 22.5Fr, 插入/进入长度 ≥ 230mm(需带样品)	10(件)	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3.5	双通道操作器	不锈钢	手持式	双孔	5(件)	
3.6	短桥	不锈钢	手持式	单孔	20(个)	
3.7	异物钳	不锈钢	手持式	外径直径 ≥ 5Fr, 插入/进入长度 ≥ 360mm (需带样品)	20(把)	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3.8	活检钳	不锈钢	手持式	外径直径 ≥ 5Fr, 插入/进入	20(把)	需评审整体外观、表面处

				长度 \geq 360mm(需带样品)		理情况、实用性及使用舒适度
3.9	剪刀	不锈钢	手持式	外径直径 \geq 5Fr,插入/进入 长度 \geq 360mm(需带样品)	5 (把)	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3.10	进水接门	不锈钢	手持式	需配套上述器械	20(个)	
3.11	出水接门	不锈钢	手持式	需配套上述器械	20(个)	
3.12	水封帽	橡胶	\	需配套上述器械	100(个)	
3.13	消毒盒	铝	\	需配套上述器械	5 (个)	
*4	保修时间	\geq 2年				
5	交货期	合同签订后3个月内交货				
<p>备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，\geq1项未达到招标文件要求，即做废标处理</p> <p>2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。</p> <p>3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。</p>						