

全自动内窥镜清洗消毒机 4 台

一、功能及技术参数

- 1、可自动完成软式内镜清洗（酶洗）、漂洗、消毒、漂洗、酒精风干、空气吹干等程序，符合国家相关规范的要求
- 2、产品具有美国 FDA 认证或欧盟 CE 认证（需提供证明文件）
- ★3、一机双镜盆，漂浮盖防泄漏设计，可同步或异步洗消（需要提供证明文件）
- ▲4、自带加热功能储液桶, 加热温度 $\geq 52^{\circ}\text{C}$ （需提供证明文件）
- 5、两个独立清洗槽设计将胃镜和肠镜分开清洗，符合感控要求（需提供彩页等支持文件）
- 6、兼容各种型号的软式内镜，包括有抬前器孔道的内镜
- 7、兼容部分型号的硬式内镜
- 8、采用独立的消毒液过滤模块设计, 保证消毒液的安全(需提供彩页等支持文件)
- 9、各项洗消参数逐步检测记录功能
- 10、最快 20 分钟可完成两条内镜的清洗
- 11、设备具有自身消毒的功能
- 12、漂浮的洗消槽内盖设计，抑制消毒剂气体的挥发
- 13、具有消毒剂自动注入/排放功能
- 14、全程无需人手接触，确保医护人员的安全
- 15、可选配件：消毒剂气体挥发管理装置
- 16、可兼容 Olympus, Pentax, Fujinon 等主流品牌内镜
- 17、全程泄漏保护程序，确保内镜安全
- 18、一机可异步洗消两条内镜，提高了内镜的周转频率
- 19、自动洗消数据打印功能及数据输出端口，提供可靠记录
- 20、内镜柜具有环境消毒功能，至少存放 20 根镜子

二、商务要求

- 1、实操培训直至操作使用人员可以熟练掌握操作要求。
- 2、人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。实操培训直至操作使用人员可以熟练掌握操作要求。

3、质保期（保修期限）：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保期 \geq 24个月。报价供应商必须提供由设备生产厂家出具的，质保期满后 \geq 3年的免费保修承诺函并盖章。

4、交货期限：合同签订后 30 天内

5、付款方式：设备验收合格后支付合同金额的 95%，质保期满 2 年后支付剩余 5%，后续质保期继续履行。

三、配置清单（单台配置）

1、主机一台（含在线打印机；自身消毒套件；智能测漏套件；一次性消毒剂储存和抽吸泵；清洗剂和酒精储槽；酒精和清洗剂注射泵各 1 套；上下水管路；消毒液储液桶；水压调节器；内置空气过滤器；内置细菌过滤器；内置消毒液过滤器；内置空气压缩机；TEST 连接器 1 套；装机套件）

2、超滤	1 支
3、洗消接头	2 套
4、测漏接头	2 套
5、内镜柜（存放 \geq 20 根）	1 套
6、用户手册、维修手册	1 份