

采购需求表（物资类）

采购计划编号				项目名称	手术床（介入）	最高限价（万元）	180	
序号	需求名称	参数性质	需求具体内容			是否量化	备注（证明材料等其他要求）	
技术要求								
1	基本要求	★	用于满足全方面的外科手术需求，稳定支撑患者，可以简洁灵活的变换手术所需各类体位			否		
2	※标准规范	★	具备NMPA认证，且同时具备PMDA或FDA			否	相关证明材料及注册证	
3	床板尺寸		长≥1890mm；宽≥500mm			否		
4	床板材质	★	床板材质可透射线，方便术中X光摄片			否	相关证明材料	
5	头部下倾最大角度	▲	≥40°			否	相关证明材料	
6	脚倾斜最大角度	▲	≥20°			否	相关证明材料	
7	手术台面	▲	分为五段，包含头板、辅助背板、背板、腰板、分体腿板。			否	相关证明材料	
8	头板可调角度范围		向上≥60°，向下≥90°，可拆卸			否		
9	背板可调角度范围		向上≥90°，向下≥30°			否		
10	腿板可调角度范围		向上≥50°，向下≥45°，可左右打开			否		
11	最大运动负荷		≥220Kg			否		
12	一键恢复水平功能	★	具备一键恢复水平功能，头倾斜，脚倾斜，左右倾斜，横向平移，纵向平移都归零			否	相关证明材料	
13	手持式控制器		具备手持式控制器，可实现一键防误触、一键复位、一键固定一键释放等功能，确保手术床设备的所有操作都在控制器上完成			否		
14	调节方式	★	电动调节，双速调节模式			否	相关证明材料及企业承诺	
15	升降范围	▲	水平床面最低≤480mm，最高≥1100mm			否	相关证明材料	
16	床面平移功能	▲	床面可X轴和Y轴方向平移			否	相关证明材料及企业承诺	

17	床体驱动方式	▲	采用电动液压驱动	否	相关证明材料
18	内置电池		内置锂电池，在无交流电时可正常驱动	否	
19	固定模式	★	刹车系统为4柱电动液压式刹车，稳定支撑床体，刹停状态下床体稳定无晃动	否	相关证明材料
20	辅助背板	★	可拆卸，内置手术头架接口，方便直接安装外科手术头架。	否	相关证明材料
21	头夹固定方式	▲	三钉式固定，三钉按等腰三角形分布，压力分布均匀	否	相关证明材料
22	双压力计显示	★	具有颅骨压力指示计，范围（0-80）Lbs和（0-360）N单位可调，摇臂可独立水平旋转360°	否	相关证明材料及企业承诺
23	体位		至少满足仰卧、俯卧、侧卧等不同体位	否	
24	弹簧卡锁		安全释放旋钮带弹簧卡锁确保头夹不会意外滑脱	否	
25	头架底座绝缘功能		具有绝缘垫，确保和手术床绝缘	否	
26	头架手柄		金属材质，可擦拭消毒	否	
27	端臂间距可调	▲	端臂间距可调，可匹配任何型号手术床	否	相关证明材料
28	配置要求1	★	电动液压手术台*1、有线遥控器*1、进口头架*2、一次性头钉10个、束带4条、体位垫≥2个（根据科室需求）	否	企业承诺
29	※配套耗材（试剂）要求	★	封闭耗材	否	
经济要求					
1	交货时间、交货地点	★	合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定。	是/否	企业承诺
2	付款及结算方式	★	物资到货（服务完成）验收后付95%。	是/否	企业承诺
3	履约保证金/质量保证金	★	验收合格后满一年无质量问题支付剩余5%（不超过5%）	是/否	企业承诺
4	※售后服务1（质保）	★	保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算）。	是/否	原厂授权（企业承诺）
5	※售后服务2（质保）	★	保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。	是/否	企业承诺
6	※售后服务4（响应时间）	★	维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时	是/否	企业承诺
7	※备品备件要求（零配件）	★	由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。	是/否	企业承诺

8	※物资编目编码、打码贴签要求	★	本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。	是/否	企业承诺
采购实施建议					
1	采购方式	<input type="checkbox"/> 公开招标 <input type="checkbox"/> 邀请招标 <input type="checkbox"/> 竞争性谈判 <input type="checkbox"/> 单一来源 <input type="checkbox"/> 询价			
2	评审方法	<input type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 质量优先法 <input type="checkbox"/> 经评审的最低价法			
3	技术偏离要求	▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分			