

采购需求概况

设备名称	输液泵分析仪		
批复数量	2 台		
预算单价	18.4 万元	预算总额	36.8 万元
主要技术参数	<p>1. 基本要求：用于检测输液泵、注射泵等</p> <p>2. 技术参数</p> <p>●2.1. 测量通道：≥2 个</p> <p>2.2. 容积：最大容积 9999 ml</p> <p>2.3. 流量</p> <p>2.3.1. 测量范围：5-1000ml/hr</p> <p>2.3.2. 精度：16-200ml/h，±1%；其他±2%</p> <p>2.4. 阻塞压力</p> <p>2.4.1. 范围：0-36psi</p> <p>2.5. 精度：≤±1%</p> <p>2.6. PCA 泵检测：具有</p> <p>2.7. 波形显示：具有关键重要技术指标参数以★标记（废标项，有 1 项不满足即按无效报价处理），重要技术参数以•标记（加分项）。</p>		

商务条款

一、商务要求

★（一）服务时间、地点与方式

1. 交货地点：湖北省武汉市内医院指定的地点。
2. 交货期：进口产品合同签订后 3 个月内全部交货并安装调试完毕，国产产品合同签订后 1 个月内全部交货并安装调试完毕。
3. 交货方式：提供的产品需满足合同和技术文件规定要求，负责免费送货、上门安装、调试，运输途中一切费用由成交供应商承担。

★（二）售后服务

1. 质保期：免费保修期（全保，包含人工费、核心组件及易损易耗件等各项费用） ≥ 2 年。
2. 技术培训和他技术支持：对操作人员和医学工程技术人员进行操作及维修保养现场培训；免费提供维修、使用技术手册（进口产品提供中英文版本）、维修工具（如有）。
3. 保修期后维修问题：（1）易损易耗件（含维修所需零配件）：提供由生产企业（进口设备可由生产企业或其国内分支机构或其全国范围总代理）盖章的易损易耗件名称、全国统一报价清单。更换易损易耗件实际成交价格不高于全国统一报价的 70% 计算，免收除易损易耗件外的一切费用。若供应商认为所投产品无易损易耗件（含维修所需零配件），则投标供应商需提交承诺书（生产企业盖章）。（2）软件维护：免费升级维护。仅收工时费。（3）维修响应时间：响应时间 ≤ 2 小时，到达现场时间 ≤ 24 小时，维修配件到货时间： ≤ 7 个工作日。

4. 投标供应商应当保证所投产品不涉及使用专机专用配套医用耗材、试剂，并提供承诺书（投标供应商盖章）。

★（三）专利权和保密要求

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

★（四）物资编码、打码贴签要求

本项目采购单位所提编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

★（五）付款及结算方式

本项目不预付货款，设备运达指定地点验收合格后，合同乙方收集发票、验收报告等资料，按照医院现行要求办理结算手续。如因投标供应商不如实提报专机专用配套耗材、试剂情况或不能执行投标时的专机专用配套耗材、试剂价格承诺，医院有权拒绝支付设备货款，并有权要求合同乙方退回已经支付的设备货款。

质量保证金：验收合格后，支付合同金额的 95%，剩余 5% 作为医疗设备质保金，质保期满后无息支付质保金。