

项目名称	皮秒激光治疗仪		
预算金额（总价）	290 万	数量/计量单位	1 台
是否进口	进口品牌		
设备功能要求			
用于治疗皮肤良性色素增加性疾病。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	可调手具	1	把
3	导光臂	1	个
4	医生用护目镜	2	个
5	病人眼罩	1	个
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	激光介质	翠绿宝石或 Nd:YAG 激光	
2	获得认证	具有 NMPA 认证，具备 FDA 或者 CE 认证	
★3	脉宽	具备皮秒级脉宽	
4	操作手柄	具备固定不可调节尺寸手柄和可调节尺寸手柄	
#5	激光输出方式	脉冲间隔发射模式	
6	波长要求	755nm 或 1064/532nm	
#7	具备脉宽可调节模式	同一波长下，脉宽可调节	
8	最大脉冲输出能量	≥200mj	
#9	光斑能量密度	根据光斑大小变化	
10	激光发射频率	最快可达 10Hz	
#11	可调节尺寸手柄步进范围	可达 0.1mm 步进	

#12	可调节手柄尺寸规格	2-10mm 直径
13	瞄准光	具备半导体瞄准光
14	激光传导方式	通过导光臂传导
15	操作方式	通过触摸屏操作
16	升级方式	机器预留升级 USB 接口
17	移动方式	设备配置滑轮
18	脚踏开关寿命	不小于 25000 次
19	使用电压	交流电 220v
20	电源连接	符合中国电源接口
#21	配置	供应商需供应最高配置设备，可增配手具类型或数量以最大满足临床治疗需求

经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	90 天
2	质保期	3 年
3	售后服务	维修响应时间：2 小时内给予反馈，48 小时内排除故障。保证设备年开机率达到 95%以上。
4	付款条件或方式	
5	备品备件	

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	