

项目名称	电动妇科诊疗床		
预算金额（总价）	12万	数量/计量单位	2台（套）
设备功能要求			
满足辅助生殖妇科检查、治疗及手术。具有电动升降、电动调节背板及坐板角度功能。控制开关同时满足手持和脚踏两种方式。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	床体	1	台
2	脚踏开关	1	套
3	手持操纵器	1	套
4	腿托	2	个
5	手托	2	个
6	蹬足	2	个
7	拉手	2	个
8	电源线	1	个
9	动力系统	1	套
10	污物盆	1	个
11	延长板	1	个
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	操作系统	电动控制床体升降、背板及坐板角度调节、刹车	
2	承重	承载重量 \geq 130KG	
3	材质	主体采用不锈钢表面喷塑，底座罩、立柱罩全封闭	
4	★稳定性	结构稳定，空载时摆动量 \leq 2mm	
5	床垫	床垫耐腐蚀，可使用化学消毒剂消毒	

6	托架	腿托、手托、足蹬可拆卸，与床体连接稳定牢固
7	底座	底座内藏式脚轮具备移动、锁定功能
8	污水盆	不锈钢材质
9	#台面长度	1900±20 mm
10	#台面宽度	680±20 mm
11	#升降范围	620-850mm（包含）
12	#背板折转角度	上折≥60°（电动）
13	#臀板折转角度	上折≥20°（电动）
14	★降噪	电动遥控工作噪声≤50dB

经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	30 天内
2	质保期	3 年
3	售后服务	随时响应，24 小时内上门。
4	付款条件或方式	
5	备品备件	

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	有医疗器械许可证
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	