

项目名称	无创呼吸机		
预算金额（总价）	20 万元	数量/计量单位	1
是否进口	进口品牌		
<b>设备功能要求</b>			
用于呼吸功能障碍患者的辅助通气，适用于成人及儿童的无创通气需要。			
<b>软硬件配置清单（单套）</b>			
序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	移动式台车	1	个
3	分体式加温湿化器	1	个
4	呼吸回路	2	套
5	口鼻面罩	2	套
<b>技术要求</b>			
序号	指标名称	技术参数	
1	主机屏幕	屏幕≥10 英寸，全中文操作菜单	
2	触发方式	吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度自动控制，无需人工调节	
3	通气模式	至少具有 ST、CPAP、PCV 等通气模式	
4	流速及漏气补偿功能	峰流速≥240L/min，呼吸机自动进行漏气补偿	
5	供气方式	主机采用涡轮供气方式，无需外接气源	
6	设置参数	CPAP≥25 cmH2O EPAP≥25 cmH2O IPAP≥40 cmH2O	
★7	供氧方式	主机外接高压氧源，调节范围（21-100）%	
8	#监测漏气量	主机预先设置各种面罩和漏气阀的参数，监测病人端的漏气量	
9	监测参数	能够同屏实时显示压力、流速和容量波形，监测参数至少包括吸气峰压、漏气量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量	

10	电源需求	交流电和内置电池供电，内置电池供电时间 $\geq 5$ 小时
11	报警要求	分级报警，中文提示报警信息；报警参数至少包括高低压力报警、低分钟通气量报警、高低呼吸频率报警、高低潮气量报警等
★1 2	认证需求	通过 FDA 认证
<b>经济要求</b>		
序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同签约后 30 个工作日
2	★质保期	$\geq 3$ 年
3	售后服务	质保期内每季度上门维护一次，质保期外，只收取零配件费用
4	付款条件或方式	
5	备品备件	
<b>实施建议</b>		
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	