

项目名称	经皮肾镜		
预算金额（总价）	24万	数量/计量单位	2套
是否进口	进口品牌		
设备功能要求			
适用于泌尿科经皮肾部临床手术中的检查和治疗并提供成像。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	经皮肾镜	1	根
2	导光束	1	个
3	镜鞘	3	个
4	扩张器	3	个
5	抓钳	2	个
6	剪刀	2	个
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	经皮肾镜	1. #视向角0度或12度 2. #视场角≥90° 3. ★景深：3-100 mm 4. #外径镜身：12 Fr. 5. #器械通道：6.7 Fr.，可搭配激光光纤，可置入5 Fr.器械 6. #镜身长：22 cm 7. 可搭配三种不同规格的开放式外鞘 15/16 Fr.、16.5/17.5 Fr.、21/22 Fr.，保证手术中低压灌流； 8. 可搭配三种不同规格的一步式扩张器，高效建立通道 9. 具备灌流接口 10. ★消毒方式：可高温高压消毒 11. 镜子消毒盒	

		12. ★品牌要求：器械和镜子为同一进口品牌
经济要求		
序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同签订后 3 个月内
2	质保期	≥3 年原厂保修（需提供证明材料）
3	售后服务	免费提供培训，国内有维修站，维修响应时间 8 小时内，明确质保期外配件及维修价格优惠情况
4	付款条件或方式	按中心合同规定实施
5	备品备件	北京有备件库
实施建议		
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	需提供医疗器械注册证，其余按中心规定执行
2	采购方式	公开招标
3	分包建议	
4	评审方法	公开招标评审