

项目名称	妇科检查辅助照明灯		
预算金额（总价）	7万元	数量/计量单位	14
设备功能要求			
用于妇产科诊室专科检查、妇科手术照明或辅助照明，要求亮度高，可移动，稳定性好，灯开关为脚踏式，灯臂不晃动，无频闪。灯头高度和角度均可调节，可满足任意角度需求。灯珠为进口 LED，使用寿命长。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	灯头部分	1	套
2	底座部分	1	套
3	立杆部分	1	套
4	脚踏开关	1	个
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	功能要求	为落地式设计，底部有脚轮可移动，并带有脚刹功能，灯头可调节角度，灯控制开关为脚踏式。	
2	★光源	进口 LED 灯泡	
3	灯头直径	≥180mm	
4	色温	3500K-5000K	
5	照明深度	≥500mm	
6	光斑直径：	≥60mm	
7	灯泡寿命	≥50000 小时	
8	#还原指数	色彩还原指数≥85	
经济要求			
序号	指标名称	详细要求	
1	交付时间	签订合同后 30 日内	

2	质保期	三年
3	售后服务	随时响应
4	付款条件或方式	
5	备品备件	
实施建议		
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	