

项目名称	全胸振荡排痰机		
预算金额（总价）	8万元	数量/计量单位	2台
设备功能要求			
适用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	排痰背心	3	件
3	排痰束带	3	条
4	导气管	2	条
5	紧急停止系统	1	套
6	电源线	1	条
7	推车	1	台
8	保险管	2	个
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	设备用途	用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出；	
2	电源电压	AC 220V±22V,50Hz±1Hz,功率：400VA；	
3	适用人群	成人、儿童；	
4	时间设置	1-99min, 步进值 1min,随时可调；	
5	压力设置	3-27mmHg 步进值 1mmHg, 随时可调；	
6	频率设置	1-16Hz, 步进值 1Hz 随时可调；	
7	显示方式	全触摸屏>5寸，中文菜单操作，清晰直观；	
8	工作模式	>6种，满足成人、儿童不同情况的患者；	

9	保险功能	排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作；
10	自动检测漏气补偿功能	实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿；
11	提示功能	设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示；
12	记忆功能	设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；
13	排痰配件	全胸排痰背心 3 件、半胸排痰束带 3 条，背心外套可拆洗，便于消毒、清洁；

经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	10 个工作日内
2	质保期	主机叁年，配件壹年；
3	售后服务	<p>(1) 派熟练工程师进行产品技术及使用培训；</p> <p>(2) 提供产品现场技术培训，直到用户满意为止；</p> <p>(3) 提供产品的技术升级及相关产品信息；</p> <p>(4) 提供产品自安装之日起免费保修主机叁年，配件壹年，终身维护；</p> <p>(5) 保修维护响应时间；从用户报修时起 2 小时响应 24 小时内到达现场并保证恢复产品的正常使用。</p> <p>(6) 质保期外只收取配件成本费，免人工费。</p>
4	付款条件或方式	<p>1、合同签订后，货物验收合格后 6 个月内结清全部货款；</p> <p>2、在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额 5% 作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金。</p>
5	备品备件	导气管、全胸排痰背心、半胸排痰束带

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	<p>1、能够遵守国家和军队的有关规律、法规和本次招标的有关规定。</p> <p>2、符合【投标供应商须知前附表】所述的投标供应商资格条件；</p> <p>3、能够承担投标文件及采购合同中明确的全部责任与义务。</p>
2	采购方式	线上采购
3	分包建议	不分包
4	评审方法	综合评分法