

项目名称	有创呼吸机		
预算金额（总价）	20 万元	数量/计量单位	套
<b>设备功能要求</b>			
适用于病房儿童、成人患者的有创及无创呼吸支持和治疗。			
<b>软硬件配置清单（单套）</b>			
序号	名称	数量	单位
1	呼吸机主机	1	台
2	专用台车	1	个
3	分体湿化器	1	个
4	可消毒硅胶呼吸管路	1	套
5	呼吸面罩	1	个
<b>技术要求</b>			
序号	指标名称	技术参数	
1	资质认证	具有 CFDA 和 CE 认证	
2	★呼吸机类型	气动电控型呼吸机	
3	通气模式	容量控制通气，压力控制通气，同步间歇指令通气，压力支持通气，压力调节容量保障通气，无创通气	
4	设置参数	潮气量范围不低于：20ml—2000ml 呼吸频率范围不低于：1—100 次/min 吸气压力范围不低于：1—100 cmH2O PEEP：OFF, 0—50 cmH2O	
5	触发方式	可选压力触发，流量触发、智能自动触发。	
6	压力触发灵敏度	-20--0.5cmH20，或 OFF	
7	流速触发灵敏度	0.5--20L/ min，或 OFF	
8	★呼气触发灵敏度	1%--70%	
9	（一体式）药物雾化	具备	
10	（一体式）高流量氧疗	具备	

11	监测参数	吸气阻力，静态顺应性，呼气时间常数，AutoPEEP，PTP 或呼吸功，P0.1
12	动态肺视图	通过图形显示了解病人肺顺应性，阻力和自主呼吸状态
13	脱机指示窗	组合若干脱机参数，用户可自定义范围值，当病人实际参数符合脱机范围后，呼吸会开始计时，提示使用者脱机时机
14	操作界面	中文操作，彩色触摸大屏幕≥15英寸
15	报警及安全指标	设备指标异常提示和安全报警声、光指示：分级显示，可回顾显示报警事件

### 经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同签订 3 个月内
2	质保期	≥3 年
3	售后服务	保修期内免费维护，保修期外只收取配件费，免人工费
4	付款条件或方式	
5	备品备件	北京有备件库

### 实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	非政府采购失信单位
2	采购方式	公开招标
3	分包建议	不分包
4	评审方法	综合评议