

项目名称	纤维输尿管肾镜		
预算金额（总价）	14 万元	数量/计量单位	1/套
是否进口	进口品牌		
设备功能要求			
适用于内窥镜下对患者进行输尿管及肾脏检查。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	纤维输尿管肾镜	1	根
2	异物钳	1	个
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	纤维输尿管镜	1、具备 CE 或 FDA 认证 2、适用于泌尿外科手术 #3、输尿管肾镜，视向角 ≥ 12 度，工作长度 430mm ★4、内窥镜头端/鞘管 $\leq 8/12\text{Fr}$ ★5、器械通道 $\geq 2 \times 3\text{Fr}$ 6、蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰 7、无鱼眼现象，水无划痕，不失真 8、金属外壳，海螺型卡口，操控性好 9、超广角，观察到的视野范围更广阔 10、成像光纤 ≥ 50000 束 11、可浸泡、蒸熏、高温高压消毒 12、配套器械和镜子为同一进口品牌	
经济要求			
序号	指标名称	详细要求	
1	交付时间	合同签订后 3 个月内	
2	质保期	≥ 3 年原厂保修（需提供证明材料）	
3	售后服务	免费提供培训，国内有维修站，维修响应时间 8 小时内，明确质保期外配件及维修价格优惠情况	

4	付款条件或方式	按中心合同规定实施
5	备品备件	北京有备件库
实施建议		
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	需提供医疗器械注册证，其余按中心要求执行
2	采购方式	公开招标
3	分包建议	
4	评审方法	公开招标评审