

项目名称	射频治疗仪		
预算金额（总价）	150 万	数量/计量单位	1 台
是否进口	进口品牌		
设备功能要求			
改善皮肤皱纹。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	射频治疗主机	1	台
2	治疗手柄	1	个
3	脚踏开关	1	个
4	电源线	1	根
5	操作手册	1	份
6	说明书	1	份
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	系统类型	射频	
2★	认证	具备 NMPA、FDA 或 CE 或 EC 认证	
3	应用范围	面部、眼部、身体	
4	输出频率	不小于 1MHZ	
5#	最大输出功率	不小于 85W	
6#	穿透深度	面部、身体大于 3.5mm，眼部大于 1mm	
7#	冷却系统	具备同步冷却技术：能量发射前、中、后均有冷却保护	
8	射频发射安全控制	具备	
9	镇痛功能	具备	

10	发射方式	手柄控制及脚踏控制
11#	治疗范围	具备上下眼睑治疗功能
12	皮肤温度过高保护功能	具备
13★	具备一次性手柄治疗端口	具备

经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	3个月
2	质保期	3年
3	售后服务	2小时内响应，24小时内到达现场。
4	付款条件或方式	
5	备品备件	

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	