

项目名称	电子支气管镜		
预算金额（总价）	28万元	数量/计量单位	1
经费来源	医疗成本	是否进口	否
联系人	罗冰	办公电话/手机	13241234087
市场调研情况			
调研品牌 1	明象	供应商名称	北京北检科技有限公司 联系人/联系方式 孙浩东 18211629201
调研品牌 2	视新	供应商名称	河南钧实医疗器械商贸有限公司 联系人/联系方式 韩小韶 13552232560
调研品牌 3	优亿	供应商名称	北京力生医疗器械有限公司 联系人/联系方式 张凤哲 18510910178
设备功能要求			
可满足临床对患者进行可视下吸痰、给药、肺泡灌洗、气管插管置入的操作。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	显示器	1	个
2	操作部	1	套
3	无线发射器	2	个
4	侧漏器	1	个
5	吸引按钮	2	个
6	NT 阀芯	3	个
7	吸引清洗接头	1	条
8	清洁刷	2	个
9	说明书	1	本
10	保修卡	1	个
11	合格证	1	个

技术要求		
序号	指标名称	技术参数
★1	设备功能	可视下吸痰、给药、肺泡灌洗、插管
2	设备用途	适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影和治疗。
#3	景深	≥3-200mm
4	视场角	≥120°
5	工作软管有效长度	≥600mm
6	成像原理	电子成像技术，工作软管不含光纤
7	插入管外径	≤5.2mm
#8	工作管道内径	≥2.8mm
★9	链接方式	操作手柄和显示器采用无线连接，手机可同步成像。
10	插入管软管前端弯曲角度	向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°
#11	高清显示主机	分辨率为1280*800，自带10.1"电容触摸屏，支持双指缩放，点触控，屏幕可以放大3倍
★12	通气阀	无顶针双向通气阀（NT阀），气体分子自由进出，液体无法进入
经济要求		
序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同签约后30个工作日
2	★质保期	≥3年
3	售后服务	质保期内每季度维修一次，质保期外只收取零配件
4	付款条件或方式	
5	备品备件	
实施建议		
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	