

项目名称	电子上消化道内窥镜（放大电子胃镜）		
预算金额（总价）	人民币 50 万元	数量/计量单位	1 条
是否进口	进口品牌		
设备功能要求			
具备光学变焦功能，可实现对上消化道黏膜表面精细观察。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	电子上消化道内窥镜（放大电子胃镜）	1	条
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	视野方向	0°（直视）	
#2	视野角	接近≤95° / 正常≥140°	
3	观察景深	接近 1.5-2.5mm / 正常 3-100mm	
4	图像传感器	百万像素 CMOS 图像传感器	
5	先端部直径	≤10mm	
6	软性部直径	≤10mm	
7	弯曲角度	上：≥210°，下：≥90°，左：≥100°，右≥100°	
8	最小钳道内径	≥2.8mm	
9	前射水	具备	
10	工作长度	≥1000mm	
11	全长	≥1300mm	
#12	变焦放大倍率	≥120 倍	
★13	兼容性	可兼容科室现有主机系统（奥林巴斯 290 主机或富士 V4450HD 或 VP-7000 主机）	
★14	专用耗材（试剂）	投标文件需对专用配套耗材（试剂）单独报价，所供产品按供货包装明细报价。报价需包括开展治疗的全部配	

		套耗材，并明确品牌、规格型号，提供注册证（不属于医用耗材的需提供国家药监局关于非医疗器械管理的分类界定文件）。未报价配套产品视为价格为 0 元供货。
经济要求		
序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	90 天
2	质保期	≥2 年
3	售后服务	免费提供培训，质保期外维修免人工费，维修响应时间 ≤1 小时, 24 小时上门维修
4	付款条件或方式	
5	备品备件	国内有备品库，有维修站
实施建议		
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	比照竞争性谈判
3	分包建议	单独成包
4	评审方法	