

| | | | |
|--------------------|----------|---------------------------------------|----|
| 项目名称 | 非接触眼压检测仪 | | |
| 预算金额（总价） | 15 万 | 数量/计量单位 | 台 |
| 设备功能要求 | | | |
| 用于眼科眼压测量（非接触型） | | | |
| 软硬件配置清单（单套） | | | |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 非接触式眼压计 | 1 | 台 |
| 2 | 电动升降台 | 1 | 台 |
| 3 | 电源线 | 1 | 根 |
| 技术要求 | | | |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 | |
| 1 | 基本要求 | 用于眼科眼压测量（非接触型） | |
| 2 | 资质认证 | 具备 CFDA 和 FDA 或 CE 认证 | |
| 3 | 技术和性能参数 | | |
| 3.1 | 工作距离 | $\geq 10\text{mm}$ | |
| #3.2 | 检查范围 | 至少包含 (5-50)mmHg | |
| 3.3 | 检查范围选择 | 自动切换 | |
| ★3.4 | 测量精确度 | $\leq 0.1\text{mmHg}$ | |
| 3.5 | 移动范围 | | |
| 3.6 | 前后 | $\geq 35\text{mm}$ | |
| 3.7 | 左右 | $\geq 85\text{mm}$ | |
| 3.8 | 上下 | $\geq 25\text{mm}$ | |
| 3.9 | 下颚托 | $\geq 55\text{mm}$ | |
| 3.10 | 打印 | 热敏纸打印、自动切纸 | |
| #3.11 | 数据接口 | USB、RS-232C、LAN；开放数据接口，支持与医院系统、体检软件对接 | |
| 3.12 | 显示器 | ≥ 4 英寸，彩色液晶屏 | |

| | | |
|--------|---------|-----------------------------------|
| # 3.13 | 眼球追踪 | 自动追踪 |
| # 3.14 | 左右眼切换 | 自动切换 |
| # 3.15 | 升降台 | 电动升降台 |
| # 3.16 | 角膜补偿功能 | 产品具有角膜厚度补偿功能，可在角膜厚度补偿窗口中手动输入角膜厚度。 |
| 3.17 | 固视系统 | 内部固视灯 |
| 3.18 | 报警及安全指标 | 具备错误提示 |
| | | |

经济要求

| 序号 | 指标名称 | 详细要求 |
|----|---------|--|
| 1 | 交付时间 | 合同签订后 30 日 |
| 2 | 质保期 | 1 年 |
| 3 | 售后服务 | 接到报修电话后 4 小时内响应，24 小时内到达现场。保修期外，只收取配件成本费 |
| 4 | 付款条件或方式 | |
| 5 | 备品备件 | 国内具有备件库，保证 8 年以上供应 |

实施建议

| 序号 | 指标名称 | 详细要求 |
|----|---------|------|
| 1 | 供应商资格条件 | |
| 2 | 采购方式 | |
| 3 | 分包建议 | |
| 4 | 评审方法 | |