

项目名称	空气消毒机		
预算金额（总价）	2.6万	数量/计量单位	4台
设备功能要求			
主要用于诊室空气消毒，消除病菌，降低传染病发生风险。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	电源线	1	条
3	过滤器	1	个
4	控制系统	1	个
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	适用体积	≥60m	
2	风量	≥600m /h	
3	噪声	≤55dB (A)	
4	负离子密度	大于等于 6*10 ⁶	
5	等离子功能	具备	
6	消毒过程空气中臭氧浓度	< 0.003mg/m	
7	PM2.5 去除率	>99.99%	
8	气雾室细菌的杀灭率均	>99.99%（绿脓杆菌、大肠杆菌、金葡菌、流感病毒、肠道病毒、人乳头瘤病毒等微生物）	
9	自然菌平均消亡率（消毒时间 60min）均	>90.00%	
10	控制操作	遥控及手动，可预约	
经济要求			
序号	指标名称	详细要求	

1	交付时间	30 个工作日内
2	质保期	大于等于 3 年
3	售后服务	维修人员 1 小时内响应，24 小时内到达现场，设备在安装调试合格后，即有专业培训人员对设备操作人员进行现场培训，另免费提供院内维修人员到国内三甲医院进行维修培训。
4	付款条件或方式	按中心合同规定实施
5	备品备件	北京设有备品备件库
实施建议		
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	需要提供医疗器械注册证，起其余按中心要求执行
2	采购方式	公开招标
3	分包建议	无
4	评审方法	公开招标审批