

项目名称	临时起搏器		
预算金额（总价）	人民币 10.00 万元	数量/计量单位	1 套
<b>设备功能要求</b>			
能够心房或心室的体外临时起搏器，与此同时能够在起搏器和除颤器植入式对起搏电极系统进行分析。			
<b>软硬件配置清单（单套）</b>			
序号	名称	数量	单位
1	临时起搏器	1	1 套
2	患者电缆	1	1 套
3	5号碱性电池	2	1 套
4	便携包	1	1 套
5	说明书	1	1 套
<b>技术要求</b>			
序号	指标名称	技术参数	
1	起搏模式	SSI (AAI, VVI) , S00 (A00, V00)	
2	起搏频率	30-200 次/分钟	
3	脉冲波形	恒定电压-非对称斜顶形矩形负脉冲	
4	脉冲幅度	0.1-10.0V	
5	脉冲宽度	0.06-2.0ms	
6	感知灵敏度	0.5-20mV	
7	输入阻抗	$\geq 15K \Omega$	
8	不应期	250ms	
9	频率上限	220 次/分	
10	P/R 波峰值测量★	0.5mv-20.0 mv, 连续自动更新	
11	阻抗测量★	200-4000 $\Omega$ , 连续自动更新	

12	起搏百分比记录	最多过往 5 天起搏百分比记录
13	心内图	有，包括起搏/感知事件标记和事件间期
<b>经济要求</b>		
<b>序号</b>	<b>指标名称</b>	<b>详细要求</b>
1	交付时间	15 天
2	质保期	1 年
3	售后服务	<p>1) 正常工作状态下定期派出技术人员到现场，对各系统设备进行性能测试维修，排除隐患，处理积压问题。</p> <p>2) 系统出现故障时，及时派出技术人员到现场维护，根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件。</p> <p>3) 对保修期外的产品，通过公司报价（包括零配件，人员出差等），果断排除故障，让用户满意。</p> <p>4) 对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训。</p> <p>5) 定期组织人员对重点区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见；</p> <p>6) 为用户操作、维护人员进行技术培训，以便操作人员能熟练操作该系统并能发现故障，排除简单故障。</p>
4	付款条件或方式	验收合格后支付 97%合同款，剩余 3%作为质保金，质保期到期后一周内支付。
5	备品备件	
<b>实施建议</b>		
<b>序号</b>	<b>指标名称</b>	<b>详细要求</b>
1	供应商资格条件	非政府采购失信单位
2	采购方式	公开招标
3	分包建议	不分包
4	评审方法	综合评议