

项目名称	氩氦激光治疗仪		
预算金额（总价）	8万	数量/计量单位	2台
<b>设备功能要求</b>			
产品主要用于人体软组织的照射，促进血液循环，以达到消炎、镇痛、抗感染及修复，辅助治疗痤疮的作用。			
<b>软硬件配置清单（单套）</b>			
序号	名称	数量	单位
1	氩氦激光治疗仪	2	套
2			
3			
<b>技术要求</b>			
序号	指标名称	技术参数	
1	氩氦激光波长	632.8nm	
2	★LED 波长	黄光 590±10nm	
3	# 氩氦激光输出	光导纤维输出	
4	★LED 冷光输出	黄光无阻碍直接输出	
5	# 氩氦激光功率	单管≥15mw；双管≥30mw	
6	# LED 颗粒功率	LED 单颗 1mW≤Pc≤10mw	
7	控制方式	四路按键独立控制，面板操作直接进行黄光（半盘或整盘）工作切换。7寸液晶屏显示	
8	定时范围	0-120分钟可调	
9	电 源	AC220V/50Hz、220VA	
<b>经济要求</b>			
序号	指标名称	详细要求	
1	交付时间	合同签订后3个月内交货	

2	质保期	自物资验收完毕之日起，物资免费质保期 2 年
3	售后服务	2 年
4	付款条件或方式	
5	备品备件	
<b>实施建议</b>		
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	