

项目名称	紫外光照射系统（角膜交联仪）		
预算金额（总价）	110 万	数量/计量单位	1
是否进口	进口品牌		
设备功能要求			
用于停止或延缓圆锥角膜或屈光术后角膜扩张的进展；结合屈光手术，加固角膜，重建因切削角膜而消弱的生物力学的完整性；用于角膜炎、角膜溃疡等有积极意义			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	操作台	1	个
2	光学头及 UV 发射源	1	个
3	触摸主屏幕	1	个
4	遥控器	1	个
5	中文说明书	1	本
6	电源线	1	根
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	照射类型：	紫外线（UV）光波	
2	照射直径：	≥9 毫米	
3	波长：	365nm	
4	工作距离：	≥90 毫米	
5	工作模式：	连续/脉冲	
6	显示器：	彩色触摸屏	
7	外部接口：	USB2.0	

★8	遥控器精准调节:	用于对焦微调及手术中跟踪眼球转动
★9	遥控器前后调节范围:	≥16mm
★10	遥控器左右调节范围:	≥16mm
★11	遥控器上下调节范围:	≥20mm
★12	电池	大功率可充电电池: 满足意外断电时, 完成治疗, 满电状态可连续工作 16 小时
13	手臂	气动手臂, 可 270° 转动, 以方便使用和对焦
14	功能	在治疗过程中, 如有需要, 可进行治疗暂停/终止功能; 在治疗中, 有相应的提示音提供使用者, 方便使用
15	固视灯	手术中有固视点, 且可根据需要调节其亮度
16	滑轮	设备具有滑轮, 可轻松推动和固定, 方便使用

专机专用耗材或封闭试剂清单

序号	项目名称	单位	预估单价 (元)	预估年用量	预估总价 (元)
1	交联治疗工具包	眼	2500	20	50000
合计					50000

经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同签署后 90 天内
2	质保期	1 年
3	售后服务	2 小时响应, 24 小时到场,
4	付款条件或方式	签署合同验收后付 100%款项
5	备品备件	主板、充电电池、显示屏、光学头等

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	<p>一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有独立承担民事责任的能力; 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

		<p>5. 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>6. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>(二) 国有企业；事业单位；军队单位；成立3年以上的非外资独资企业或控股企业。</p> <p>(三) 单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业，股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有销售型企业，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。</p> <p>(四) 未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。</p>
2	采购方式	竞争性谈判
3	分包建议	单独采购
4	评审方法	综合评分法
5	样品评审组织	本项目不适合
6	合同履约要求	履约保证金不适用本项目；本合同按照军队采购有关规定编号后，经甲方、乙方共同签署，并加盖单位印章后生效。未经甲方允许，乙方不得部分或全部转让其应当履行的合同义务。
7	安全保密措施等	涉密信息应当按照国家、军队安全保密有关规定进行处理，确保不发生失泄密问题。
8	本项目特定资质	<p>所投产品（包括配套试剂耗材）属于医疗器械的：（1）生产商须具备医疗器械注册证（备案凭证）、医疗器械生产企业许可证等相关证明材料；（2）代理商提供医疗器械经营许可证（备案凭证）、所投医疗器械的注册证（备案凭证）以及代理（销售）授权书（授权链须完整）。</p> <p>所投产品属于非医疗器械，需提供国家药监局网站查询结果或相关证明。</p>