

项目名称	视野分析仪		
预算金额（总价）	50 万	数量/计量单位	1
是否进口	进口品牌		
设备功能要求			
功能要求：用于青光眼检查和随访			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	打印机	1	台
3	升降桌	1	台
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	测试范围	$\geq 90^\circ$	
2	阈值测试程序	≥ 5 种	
3	筛选测试程序	≥ 6 种；	
4	特殊测试程序	≥ 10 种；	
5	快速程序	正常患者完成检查时间 ≤ 2 min	
6	正常值数据库	多中心、多人种、年龄匹配	
7	液晶触摸显示屏	≥ 12 英寸，全中文操作界面	
8	刺激光标大小	GOLDMAN-I、II、III、IV、V	
#9	刺激光标颜色	≥ 3 种	
10	最大光强度	$\geq 10,000$ Asb	
11	固视目标	中心点、小钻石形、大钻石形可选	
12	背景光亮度	$31.5\text{asb} \pm 0.5\text{Asb}$	

13	视野检查距离	30cm±1cm
14	瞳孔直径自动测量功能	具备
#15	青光眼半视野分析程序	具备
#16	青光眼指导性进展分析程序	具备
17	网络功能	具备

经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	签订合同之日起 2 个月内到货
★2	质保期	≥1 年
3	备件库	北京、上海、深圳有备件库，国内有备件库
4	维修站	国内各省会城市有维修站及工程师
5	收费标准	质保期外配件及维修价格按照成本收取，免人工费
6	培训支持	提供免费培训，每年定期免费维护保养
7	维修响应	维修响应时间 2 小时内，24 小时内到达现场

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	成立 2 年以上公司
2	采购方式	公开招标
3	分包建议	
4	评审方法	