

项目名称	呼吸道廓清系统		
预算金额（总价）	35	数量/计量单位	1套
是否进口	进口品牌		
<b>设备功能要求</b>			
用于患者气道分泌物清除、防治肺不张，适用于儿童、成人、有创及无创患者。			
<b>软硬件配置清单（单套）</b>			
序号	名称	数量	单位
1	呼吸道廓清系统主机	1	台
2	台车	1	个
3	呼吸治疗用管路	1	套
<b>技术要求</b>			
序号	指标名称	技术参数	
1	资质认证	具备 CFDA、FDA 和 CE 认证	
#2	治疗模式	包含连续高频振荡、持续呼气期正压、雾化治疗等模式	
3	振荡频率范围		
3.1	CHFO 高频	(180-300) bpm	
3.2	CHFO 低频	(100-180) bpm	
4	峰值压力范围		
4.1	CHFO 高频	(44-68.5) cmH <sub>2</sub> O	
4.2	CHFO 低频	(26-55) cmH <sub>2</sub> O	
4.3	CPEP 输出压力	≤30 cmH <sub>2</sub> O	
5	雾化输出速率和雾化残液量		
5.1	雾化模式	雾化速率≥0.34mL/min, 雾化残液量≤1.23mL	
5.2	CHFO 高频	雾化速率≥0.30mL/min, 雾化残液量≤1.40mL	

5.3	CHFO 低频	雾化速率 $\geq 0.39\text{mL}/\text{min}$ , 雾化残液量 $\leq 1.31\text{mL}$
5.4	CPEP 高流量	雾化速率 $\geq 0.13\text{mL}/\text{min}$ , 雾化残液量 $\leq 1.36\text{mL}$
5.5	CPEP 低流量	雾化速率 $\geq 0.36\text{mL}/\text{min}$ , 雾化残液量 $\leq 1.25\text{mL}$
#6	支持与呼吸机联合使用	支持

### 专机专用耗材或封闭试剂清单

序号	项目名称	单位	预估单价 (元)	预估年用量	预估总价(元)
1	单病人使用呼吸治疗管路组	套	1500	80	120000
合计					120000

### 经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同签订一个月内
2	质保期	$\geq 3$ 年
3	售后服务	北京有维修站, 有备件库, 质保期外配件及维修价格只收取配件费, 无人工费。
4	付款条件或方式	
5	备品备件	

### 实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	