

项目名称	移位机		
预算金额（总价）	40	数量/计量单位	2套
是否进口	进口品牌		
设备功能要求			
用于临床护理人员能够管理患者的日常转运和体位重新调整。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	垂直移位机主机	2	台
2	手持线控控制器	2	个
3	充电电池	4	个
4	壁挂式充电器	2	个
5	两点式吊架	2	个
6	坐卧位吊兜	4	个
7	同品牌滑单	4	个
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
★1	资质认证	通过 CE 认证	
2	质量管理体系	通过 ISO13485 及 ISO9001 质量体系认证	
3	产品标准	符合 IEC 60601-1、IEC 60601-1-2、ISO 10535 标准	
4	LCD 显示屏	电池电量显示、执行器状态显示（工作时间记录、电池充电、维保提示）	
5	稳定垂直系统	由抗摇摆系统、垂直升降、吊臂、轴点、吊架和卡扣式吊兜组成	
#6	吊架更换系统	具备，可快速更换不同吊架	
#7	可升级动态定位系统	可电动操控患者提升时的体位，坐立或后倾	
#8	安全装置	具备紧急停机安全装置和超安全承重自动停机保护装置，系统失灵电动/手动下降安全保护装置，具有安全保护及报警功能。	

9	自动休眠系统	2min 后手持控制器休眠（3s 快速唤醒）；6min 后整机休眠（3s 快速唤醒）
10	提升行程	≥1300mm
11	转弯直径	≤1222mm
12	底盘支脚调整	电动，V 型调整，宽度 578 mm - 1074 mm 可调
13	刹车	低摩擦脚轮，可刹车固定
14	电池及充电器	标配 2 块电池，提供壁挂式充电器
15	手持控制器防护等级	IPX7

经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同签订后 30 个工作日内
2	★质保期	≥3 年
3	售后服务	质保期内每季度上门维护一次，质保外只收取零配件费用。
4	付款条件或方式	
5	备品备件	

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	