

项目名称	呼吸机（核磁兼容）		
预算金额（总价）	45万	数量/计量单位	1台
设备功能要求			
在 3T 及以内的磁共振环境，用于儿童、成人有创及无创机械通气。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	无磁呼吸机主机	1	台
2	台车	1	台
3	呼吸治疗用管路	1	套
4	无磁氧气瓶	2	个
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
★1	机器用途	可用于 3T 及以内的磁共振环境	
★2	适用环境	距离磁共振设备的腔体口部中心≤1 米位置。	
3	治疗模式	IPPV、Manual	
4	分钟通气量	3~20L/min，连续可调	
5	呼吸频率	10~60bpm，连续可调	
6	吸呼比	1: 2	
#7	氧浓度	100%/60%两档一键式切换	
8	监测参数	气道压力	
9	报警性能	气道压力高报警、断气报警	
10	最大安全压力	≤8kpa	
#11	气源管理系统	≥3 个氧气气源接口，可同时连接氧气瓶	
#12	主机重量	≤10Kg	

# 13	配置要求	台车可同时搭载 2 个无磁氧气瓶，≥3 米可重复使用管路
14	资质认证	具备 NMPA 认证
经济要求		
序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同签订后 30 个工作日内
2	★质保期	≥3 年
3	售后服务	质保期内每季度上门维护一次，质保期外配件及维修价格只收取配件费
4	付款条件或方式	
5	备品备件	
实施建议		
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	