

项目名称	病人监护仪		
预算金额（总价）	12万	数量/计量单位	6台
<b>设备功能要求</b>			
<p>该设备可以监测患者的心电，心率，呼吸，血氧饱和度，脉搏，无创血压等生命体征，并实时传回中央监护系统工作站显示并储存，可打印，便于医护人员及时全面方便的观察患者病情，满足临床需求。</p>			
<b>软硬件配置清单（单套）</b>			
序号	名称	数量	单位
1	主机	6	台
2	心电导联线	6	根
3	血压延长软管	6	根
4	血压袖带	6	套
5	血氧饱和度导线	6	根
6	血氧探头	6	个
7	电池	6	快
8	说明书	6	本
9	电源线	6	条
<b>技术要求</b>			
序号	指标名称	技术参数	
1	显示器	≥10英寸，TFT型彩色液晶屏，分辨率≥800×600点	
2	操作方式	全触摸屏操作，并具有二级触摸操作系统	
3	快捷键功能	具有	
4	测量参数	心电，心率，呼吸，血氧，脉搏，体温，无创血压	
5	心律失常分析	具有	
6	血氧探头	可水洗消毒	

7	无创血压测量模式	手动、定时，连续，腰麻
8	数据存储	≥72 小时全息波形，趋势图，生命体征列表，NIBP 列表，报警列表，心律失常
9	报警	具备三级声光报警，
10	内置操作指南	具备，当出现技术报警时，会自动显示与该报警相关的电子图解操作指南
11	跨床监护	≥8 床位
12	睡眠模式	具备
13	大数字窗口	具备，便于远距离观察
14	药物计算功能	配备
15	提手	配备

### 经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同签订后 60 日内
2	质保期	2 年
3	售后服务	质保期内免费维修，只收优惠的配件费
4	付款条件或方式	验收合格后 30 天内付 95%，一年正常使用后 30 天内付余额 5%
5	备品备件	国内（包括北京）具有维修站和备品备件库，保证 8 年供应期

### 实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	厂家指定代理商
2	采购方式	单一来源
3	分包建议	不分包
4	评审方法	综合评分法

单一来源理由	此光电厂家设备通过现有网络，可实时传回现有的放在护士站的同一品牌光电中央监护工作站显示并存储，还可打印，便于医护人员及时，全面，方便的观察患者病情，其它品牌监护仪无法兼容联网。
--------	--