

项目名称	蒸汽灭菌锅		
预算金额（总价）	4万元	数量/计量单位	1台
设备功能要求			
主要用于处理科室医疗垃圾消毒灭菌及科室常用器具的高温灭菌。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	蒸汽灭菌锅	1	台
2	不锈钢提篮	3	个
3			
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	基本要求	主要用于处理科室医疗垃圾消毒灭菌及科室常用器具的高温灭菌。	
★2	资质认证	设备具备 CFDA 认证，灭菌器厂家本身必须具有特种设备制造资质和安装资质，即：特种设备（压力容器）制造许可证（如第三方提供视为无效材料）	
3	容量	≥80L	
4	灭菌腔材料	SUS304 不锈钢	
#5	灭菌器直径	≥40cm	
6	加热功率	≥4600w	
7	温度范围	灭菌温度:105-135℃	
#8	干燥温度	80-160℃；设计压力≥0.3MPA	
#9	时间范围	灭菌时间:1-300 分钟，干燥时间：1-300 分钟	
#10	排气方式	采用脉动排气方式，排冷空气彻底，脉动次数 0-9 次	
11	内置水箱	汽水内循环，有效吸收排冷及排汽中水蒸汽	
12	压力保护装系统	具有双重压力保护装系统：采用了安全阀和过压保护系统的双重压力保护，出现压力异常，泄压，断电保护	

13	灭菌过程状态	LED 动态显示，进程一目了然
14	缺水保护	双干烧保护装置：应配有双干烧保护装置，温度感应式干烧保护装置应为铜质或更高等级材质
15	安全装置	压力连锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫安全保护、自动故障检测系统

经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	签约后 30 天内
2	质保期	整机保修期≥3 年
3	售后服务	备件库：在北京有核心备件备件库，提供备件库信息；维修站：在北京有维修站，提供维修站信息；维修响应：1 小时电话响应，如需要 4 小时可到达现场；收费标准：保修期内外均不收人工费，保外只按照最低价收取配件费用。培训支持：不计费不限次数培训，至使用者熟练使用。
4	付款条件或方式	
5	备品备件	
6		
7		

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	