

项目名称	单孔腹腔镜手术器械		
预算金额（总价）	38万	数量/计量单位	2/套
设备功能要求			
设备材质必须符合医疗专用钢材，抗压力度强并伴有伸拉强度，有韧性；杆径不可过粗的同时需满足足够的加持力，头部齿必须为无损伤齿，确保手术安全。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	止血钳	1	把
2	止血钳	1	把
3	止血钳	1	把
4	止血钳	1	把
5	止血钳	1	把
6	海绵钳	1	把
7	海绵钳	1	把
8	海绵钳	1	把
9	海绵钳	1	把
10	海绵钳	1	把
11	海绵钳	1	把
12	持针钳	1	把
13	精细剪	1	把
14	淋巴结钳	1	把
15	组织钳	1	把
16	吸引管	1	把
17	拉钩	1	把
技术要求			
序	指标名称	技术参数	

号		
1	止血钳	36cm 双关节 弧度不低于 15mm 有锁扣 进口钢≤5.5mm 杆径 ★术中 0 反光
2	止血钳	36cm 双关节 弧度不低于 20mm 有锁扣 进口钢≤5.5mm 杆径 ★术中 0 反光
3	止血钳	36cm 双关节 弧度不低于 25mm 有锁扣 进口钢≤5.5mm 杆径 ★术中 0 反光
4	止血钳	36cm 双关节 角高不低于 20mm 有锁扣 进口钢≤5.5mm 杆径 ★术中 0 反光
5	止血钳	36cm 双关节 头部开合 110° 有锁扣 进口钢≤5.5mm 杆径 ★术中 0 反光
6	海绵钳	36cm 双关节 弯头 有齿 12mm 进口钢≤5.5mm 杆径 ★术中 0 反光
7	海绵钳	36cm 双关节 弯头 无齿 12mm 血管缝合钳 进口钢≤5.5mm 杆径 ★术中 0 反光
8	海绵钳	36cm 双关节 弯头 有齿 8mm 进口钢≤5.5mm 杆径 ★术中 0 反光
9	海绵钳	36cm 双关节 弯头 有齿 6mm 蛇头钳 进口钢≤5.5mm 杆径 ★术中 0 反光
10	海绵钳	36cm 双关节 弯头 有齿 8mm 香蕉钳 进口钢≤5.5mm 杆径 ★术中 0 反光
11	海绵钳	36cm 双关节 弯头 有齿 10mm 进口钢≤5.5mm 杆径 ★术中 0 反光
12	持针钳	34cm 双关节 弯型 特殊材质钳口 进口钢≤5.5mm 杆径 ★术中 0 反光
13	精细剪	34cm 双关节 圆头 头宽 2.5mm 进口钢≤5.5mm 杆径 ★术中 0 反光
14	淋巴结钳	36cm 双关节 头径 8mm 蛇形头 进口钢≤5.5mm 杆径 ★术中 0 反光
15	组织钳	36cm 双关节 Allis 钳 弯头 头宽 8mm 进口钢≤5.5mm 杆径 ★术中 0 反光
16	吸引管	36cm 手持式 弯型 医用吸引管 进口钢
17	拉钩	V 型手术辅助推结 进口钢

经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	15 日内
2	质保期	★3 年质保期内损坏换全新
3	售后服务	质保期内，如产品出现任何问题，2 小时内接收反馈，24 小时内处理，48 小时内我方收到全新产品。超出质保期，应同样时长内作出处理，提供产品上门维修或更换处理。
4	付款条件或方式	公对公付款

5	备品备件	提供与器械参数相匹配的消毒盒等设备
实施建议		
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	