

项目名称	胰岛素注射泵		
预算金额（总价）	10万	数量/计量单位	2
设备功能要求			
<p>具有皮下持续输注胰岛素的功能，用于 T1DM 患者、短期胰岛素强化治疗控制高血糖和长期胰岛素治疗的 T2DM 患者、糖尿病患者的围手术期血糖控制、应激性高血糖患者的血糖控制，其特别适用于：具有 1 型糖尿病患者、低血糖、脆性糖尿病、糖尿病妊娠、糖尿病择期手术、伴发慢性并发症、黎明现象、生活不规律、血糖波动较大、血糖水平持续过高和希望不断改善生活品质的患者。</p>			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	胰岛素泵	1	台
2	泵电池	1	个
3	助针器	1	个
4	储药器	1	个
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	基础率速度	0.025U-35U/小时	
2*	基础率时段	1-48 段	
3	快速大剂量	增量步长 0.1-2U, 默认 0, 1	
4	大剂量输注	0.025U-25U, 三个预设值	
5#	胰岛素自动分配功能	不低于两种模式	
6	电池	可充电电池，循环使用	
7*	报警/提示类型	1-4 种	
8#	操作模式	1-4 种	
9	胰岛素输注受阻报警	有	
10	储存模式	有	
11	屏幕时间显示	是	

12	电池状态显示	有
13	储药器状态显示	有
14	活性胰岛素显示	有
15	安全锁	有
16	语言种类	多语种(含中文)
17	防水型	IPX4-IPX7
18	储药器	2-3ml
19*	基础率最小步长	0.025U/小时
20	大剂量增量	1U、0.1U、0.05U 或 0.025U

专机专用耗材或封闭试剂清单

序号	项目名称	单位	预估单价 (元)	预估年用量	预估总价 (元)
1	胰岛素泵用储药器 组件	个	55	240	13200
2	胰岛素泵用皮下输 液器	套	55	240	13200
合计	2				26400

经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同后 2 周内
2	质保期	4 年
3	售后服务	1 小时内响应, 8 小时内到现场提出解决方案, 7*24 小时启动售后响应程序
4	付款条件或方式	
5	备品备件	

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	

4	评审方法	
---	------	--