

项目名称	电子小肠内窥镜（双气囊小肠镜）				
预算金额（总价）	人民币 49.5 万元	数量/计量单位	1 条		
是否进口	进口品牌				
<b>设备功能要求</b>					
采用高清图像传感器，可实现对小肠进行内镜检查及治疗。采用双气囊辅助设计利于全小肠完整对接检查。					
<b>软硬件配置清单（单套）</b>					
序号	名称	数量	单位		
1	电子小肠内窥镜（双气囊小肠镜）	1	条		
<b>技术要求</b>					
序号	指标名称	技术参数			
★1	视野角	≥140°			
2	先端部直径	≤9.5mm			
3	先端部直径	≤9.5mm			
#4	钳道直径	≥3.2mm			
5	观察景深	3~100mm			
#6	气囊数	≥2 个			
★7	专用耗材（试剂）	投标文件需对专用配套耗材（试剂）单独报价，所供产品按供货包装明细报价。报价需包括开展治疗的全部配套耗材，并明确品牌、规格型号，提供注册证（不属于医用耗材的需提供国家药监局关于非医疗器械管理的分类界定文件）。未报价配套产品视为价格为 0 元供货。			
<b>专机专用耗材或封闭试剂清单</b>					
序号	项目名称	单位	预估单价（元）	预估年用量	预估总价（元）
1	气囊	个	800	100	80000
2	外套管	个	7800	40	312000

3	清洗刷	把	1500	6	9000
4	清洗连接器	套	4000	2	8000
合计					409000

### 经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同签订后 90 日内
2	质保期	≥ 2 年
3	售后服务	免费提供培训，质保期外维修免人工费，维修响应时间≤8 小时
4	付款条件或方式	
5	备品备件	北京有备件库，北京有维修站

### 实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	单一来源
3	分包建议	单独成包
4	评审方法	

单一来源理由	目前市场上只有富士一家双气囊小肠镜，特申请单一来源采购。
--------	------------------------------