

项目名称	多功能抢救床		
预算金额（总价）	48 万	数量/计量单位	8 张
设备功能要求			
集抢救、治疗、转运、静养于一体，可供 ICU 使用			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	床底座	1	张
2	床垫	1	张
3	输液杆	1	件
4	说明书	1	份
5	合格证	1	份
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	材质要求	★1.床体采用优质钢材经粉体喷涂工艺制成； ★2.床垫面料的表面采用防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗，厚度 $\geq 7\text{cm}$ 的海绵躺卧舒适；	
2	尺寸要求	★1、床身长 $\geq 2150\text{mm}$ ，宽 $\geq 780\text{mm}$ 2、升降范围：560mm-890mm 3、背板上折：0~70° 4、床板前倾角度：12° 5、床板后倾角度：12°	
3	功能要求	1、护栏采用转动式，可水平放置，便于点滴穿刺等抢救治疗用； 2、护栏调节锁扣采用双重安全锁，更能确保患者安全； # 3、采用油压缸控制升降系统，质量更稳定。圆形油缸保护套筒便于清洁。 4、独立的中心第五轮系统，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全； # 5、采用中控锁四个脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。 6、集抢救、治疗、转运，可供 ICU、麻醉复苏等科室使用；	

		#7、床体下有一体式托盘，可放置氧气瓶，使用方便，托盘能承受 10Kg。
经济要求		
序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	签署合同后 30 个工作日内
2	质保期	≥3 年
3	售后服务	免费安装并提供专业的临床使用培训
4	付款条件或方式	维修响应时间 2 小时内，到达现场时间 48 小时内
5	备品备件	国内有备件库
实施建议		
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	