

项目名称	电子下消化道内窥镜（电子肠镜）		
预算金额（总价）	人民币 144 万元	数量/计量单位	3 条
是否进口	进口品牌		
<b>设备功能要求</b>			
用于直肠、结肠、大肠诊断及治疗			
<b>软硬件配置清单（单套）</b>			
序号	名称	数量	单位
1	电子下消化道内窥镜（电子肠镜）治疗型	2	条
2	电子下消化道内窥镜（电子肠镜）	1	条
<b>技术要求</b>			
序号	指标名称	技术参数	
1	电子肠镜治疗型	2 条	
1.1	视野角度	0°（直视）	
1.2	视野角	≥140°	
1.3	观察景深	3-100mm	
1.4	前射水	具备	
#1.5	先端部直径	≤10mm	
1.6	软性部直径	≤11mm	
#1.7	弯曲角度	上：≥210°，下：≥160°，左：≥160°，右≥160°	
1.8	最小钳道内径	≥3.2mm	
1.9	工作长度	≥1300mm	
1.10	全长	≥1600mm	
1.11	结肠插入技术	精准传导，顺应弯曲	
★1.12	兼容性	可兼容科室现有主机系统（奥林巴斯 290 主机或富士 VP-4450HD 或 VP-7000 主机）	

2	电子肠镜	1 条
2.1	视野角度	0°（直视）
2.2	视野角	≥170°
#2.3	观察景深	5-100mm
2.4	前射水	具备
#2.5	先端部直径	≤12.2mm
2.6	软性部直径	≤12mm
2.7	弯曲角度	上：≥180°，下：≥180°，左：≥160°，右≥160°
2.8	最小钳道内径	≥3.8mm
2.9	工作长度	≥1300mm
2.10	全长	≥1600mm
2.11	结肠插入技术	硬度可调，精准传导，顺应弯曲
★2.12	兼容性	可兼容科室现有主机系统（奥林巴斯 290 主机或富士 VP-4450HD 或 VP-7000 主机）
★3	专用耗材（试剂）	投标文件需对专用配套耗材（试剂）单独报价，所供产品按供货包装明细报价。报价需包括开展治疗的全部配套耗材，并明确品牌、规格型号，提供注册证（不属于医用耗材的需提供国家药监局关于非医疗器械管理的分类界定文件）。未报价配套产品视为价格为 0 元供货。

### 经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	90 天
2	质保期	≥2 年
3	售后服务	国内有维修站；质保期外配件优惠，工时费免费；维修响应时间 1 小时响应，24 小时上门。
4	付款条件或方式	
5	备品备件	国内有备件库

### 实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	比照竞争性谈判
3	分包建议	单独成包

4	评审方法	
---	------	--