

项目名称	电子下消化道内窥镜（高清电子肠镜）		
预算金额（总价）	人民币 150 万元	数量/计量单位	3 条
是否进口	进口品牌		
<b>设备功能要求</b>			
采用高清图像传感器，可实现对上消化道进行内镜检查及治疗。利于发现息肉、糜烂、溃疡、早期癌等。具备附送水功能，可冲洗黏膜表面。			
<b>软硬件配置清单（单套）</b>			
序号	名称	数量	单位
1	电子下消化道内窥镜（高清肠镜）	3	条
2			
<b>技术要求</b>			
序号	指标名称	技术参数	
★1	图像传感器	CMOS 图像传感器或 CCD 图像传感器	
2	插入部硬度可调	具备	
#3	特殊光模式	≥3 种	
4	先端部直径	≤12.2mm	
#5	钳道直径	≥3.8mm	
6	观察景深	5~100mm	
7	工作长度	≥1300mm	
★8	兼容	可兼容科室现有主机系统（奥林巴斯 290 主机或富士 VP-4450HD 或 VP-7000 主机）	
★9	专用耗材（试剂）	投标文件需对专用配套耗材（试剂）单独报价，所供产品按供货包装明细报价。报价需包括开展治疗的全部配套耗材，并明确品牌、规格型号，提供注册证（不属于医用耗材的需提供国家药监局关于非医疗器械管理的分类界定文件）。未报价配套产品视为价格为 0 元供货。	
<b>经济要求</b>			

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同签订后 90 日内
★2	质保期	≥ 2 年
3	售后服务	免费提供培训，质保期外维修免人工费，维修响应时间≤8 小时
4	付款条件或方式	
5	备品备件	北京有备件库，北京有维修站

### 实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	比照竞争性谈判
3	分包建议	与电子内窥镜（高清电子胃镜）合一包
4	评审方法	