

项目名称	移液器		
预算金额	12万元	数量/计量单位	48把
是否进口	进口品牌		
设备功能要求			
用于临床实验室精准移液、吸液，微量液体转移，保证检验质量。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	移液器（0.2-2ul）	7	把
2	移液器（1-10ul）	7	把
3	移液器（2-20ul）	7	把
4	移液器（10-100ul）	8	把
5	移液器（20-200ul）	8	把
6	移液器（100-1000ul）	7	把
7	移液器（1000-5000ul）	4	把
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
#1	覆盖量程区间	0.2-2ul, 1-10ul, 2-20ul, 10-100ul, 20-200ul, 100-1000ul, 1000-5000u。	
★2	通道	单通道	
3	质保	三年质保、每半年免费校准一次（提供相应证明文件）	
4	消毒方式	整支可高温、高压、湿热法灭菌或紫外线消毒，消毒后无需校准	
5	量程锁定装置	具备，防止使用过程中计数器偏移	
#6	密度调节	具备密度调节功能	
★7	产地	进口	
经济要求			

序号	指标名称	详细要求
★1	质保期	≥3年;
2	交付时间	合同签订后1个月内交货;
3	交付地点	甲方指定地点;
4	付款方式	设备验收后付款95%，自验收完成之日起一年后，付5%;
5	培训支持	提供免费培训，不限次数;
6	维修响应	接到故障电话后，即时响应，给出解决方案; 需达到现场时，24小时内赶赴设备所在现场;
7	收费标准	人工免费，配件只收成本费;
8	备件库	北京有备件库;
9	维修站	北京有维修站。

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	采购方式	竞争性谈判;
2	评审方法	综合评分法。
3	分包建议	单独成包