

项目名称	眼底照相机		
预算金额（总价）	49 万元	数量/计量单位	1
设备功能要求			
具有免散瞳眼底照相功能，拍摄高清晰度的眼底病变的状况，且通过软件可实现自动判读眼底病变情况的功能。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	电动升降台	1	台
3	彩色打印机	1	台
4	显示器	1	台
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	类型	免散瞳眼底照相机	
2	眼内成像角度	$\geq 130^\circ$	
3	★瞳孔要求	$\geq 2.5\text{mm}$	
4	可实现多种成像模式	2 种以上成像模式	
5	★眼底拼图	支持全自动拼图	
6	★固视灯	内固视灯外固视灯	
7	分辨率光学分辨率	$\leq 5\mu\text{m}$	
8	实时预览眼底功能	眼底实时预览	
9	成像模式	具备彩照无赤光等成像模式	
10	#彩照成像范围	具备多种视场角成像	
11	#无赤光成像范围	具备多种视场角成像	
12	屈光补偿	-20~+20D 可调	
13	摄像头旋转要求	可左/右旋 ≥ 90 度，方便周边视网膜成像	

14	工作距离	大于等于 20mm
15	#成像原理	激光成像
16	#病变判读	通过软件可实现自动判读眼底病变情况的功能
经济要求		
序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同后 30 天
2	质保期	三年
3	售后服务	24 小时维修响应，质保期内免费，质保期外
4	付款条件或方式	
5	备品备件	
实施建议		
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	