

项目名称	清创水刀系统		
预算金额（总价）	人民币（50万元）	数量/计量单位	1台
设备功能要求			
用于骨科手术伤口、创面的超声清创、加压冲洗，达到清洁伤口的作用，降低手术感染发生情况。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	超声清创手柄	1	套
3	清创管路	1	套
4	超声清创刀头	1	套
5	高压冲洗手柄	1	套
6	冲洗管路	1	套
7	脚踏开关	1	套
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	★工作模式	需具备超声清创、冲洗功能。	
2	#主机频率输出范围	20kHz-65kHz(包含)。	
3	#超声工作频率	≤30kHz。	
4	超声清创流量	≥110mL/min。	
5	加压冲洗压力	≥60kPa。	
6	#加压冲洗水流量	≥400mL/min，多档可调（≥3）。	
7	★加压冲洗手柄	射流水角度≥45°，射程≥50cm。	
8	#刀头	可实现水流扇面形冲洗。	
9	冲洗液路清洗功能	具备。	
10	脚踏控制	具备。	

经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	签订合同后, 45 日内。
2	质保期	≥3 年。
3	售后服务	现场安装培训, 并提供技术支持。
4	付款条件或方式	完成验收安装后, 按照医院相关流程进行付款。
5	备品备件	国内有备件库。
6	维修响应	维修响应时间≤4 小时, 到达现场≤48 小时。

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	