

项目名称	有创呼吸机		
预算金额（总价）	30 万元	数量/计量单位	1
<b>设备功能要求</b>			
适用于临床儿童及成人呼吸治疗。			
<b>软硬件配置清单（单套）</b>			
序号	名称	数量	单位
1	呼吸机主机	1	台
2	支托回路用手臂	1	套
3	成人呼吸管道	1	套
4	湿化器	1	套
5	台车	1	台
6	彩色显示屏	1	块
<b>技术要求</b>			
序号	指标名称	技术参数	
1	★设备类型	气动电控型呼吸机。	
2	通气模式	辅助/控制(A/C) ， 同步间歇性强制通气(SIMV)， 自主呼吸(SPONT) ， 无创通气(NIV)。	
3	#潮气量	≥25-2500mL。	
4	吸入氧浓度	≥21-100%。	
5	通气压力	吸气压力:5-80cmH2O(包含)， 压力支持:0-60cmH2O(包含)。	
6	呼吸频率	≥1-90 次/分。	
7	数据监测	可监测:潮气量、氧浓度、呼吸频率、气道压力等项目， 并具相关报警功能。	
8	图形监测	可监测:压力-时间、流速-时间曲线。	
9	吸痰功能	智能吸痰功能。	
10	#触屏显示器	≥18 寸， 监测参数与操作可分屏显示。	

11	# 流量传感器	内置晶体热膜式流量传感器,响应速度快,监测准确,为不易损件,无需定期更换。
12	# 过滤器	原机配置,可重复消毒吸入、呼出端细菌过滤器。
<b>经济要求</b>		
序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同签订后,30个工作日内。
2	质保期	≥3年。
3	售后服务	维修响应时间≤4小时,到达现场≤48小时。
4	付款条件或方式	
5	备品备件	国内有备件库。
<b>实施建议</b>		
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	