

项目名称	能量平台		
预算金额（总价）	50万	数量/计量单位	1
是否进口	进口品牌		
<b>设备功能要求</b>			
用于手术中组织切割与止血操作（整机及配套器械原装进口）。			
<b>软硬件配置清单（单套）</b>			
序号	名称	数量	单位
1	高频手术系统主机	1	台
2	腹腔镜下双极电凝钳手柄+前杆	5	套
2	腹腔镜下双极电凝钳芯	10	套
3	双极连线	5	条
4	双极脚踏	1	个
5	盐水下双极等离子功能（软件升级）	1	套
6	台车	1	台
<b>技术要求</b>			
序号	指标名称	技术参数	
1	主机	1.1 中文操作界面； 1.2 最大功率：360W； 1.3 工作电流频率 $\geq 2$ 种，需提供产品说明书或技术要求等凭证； #1.4 可实现包括电刀单极、双极功能、7mm大血管闭合功能、盐水下纯切功能、盐水下混切功能， $\geq 40$ 种工作电流模式，需提供产品说明书或技术要求等凭证； 1.5 高兼容性国际通用器械接口4组，其中通用单极器械接口 $\geq 2$ 组，通用双极器械接口 $\geq 2$ 组； 1.6 双极接口均为多功能接口，兼容大血管闭合、	

		<p>盐水下电切；</p> <p>#1.7 ≥8.4 英寸彩色液晶显示，旋钮调节，可在使用时进行快速参数调节；</p> <p>#1.8 出厂预设数十种手术程序及推荐电流参数，99组新增自定义程序存储空间，储存程序的名称为中文汉字，自动记录近期使用手术程序（≥6组）并在首页快速调用；</p> <p>1.9 负极板动态监控系统，时时监测负极板连接状态，并通过屏幕进度条动态预警，负极板异常，主机立即停止输出并发出声光报警；</p> <p>1.10 针对婴幼儿及电容毯使用患者，智能禁用高风险电流并限制功率输出，以保护病人安全；</p> <p>1.11 基本产品标准：防护等级 I 级符合 IEC 601-1 标准，漏电流（高/低频）符合 IEC 601-1 标准。</p>
2	大血管闭合	<p>★2.1 用于对组织切割和凝血，血管闭合器械要求内含推刀或刀片，术中实现机械切割功能，并且血管闭合器与主机为同一品牌；</p> <p>2.2 大血管闭合器械插拔自动识别，无需额外使用设置，即插即用；</p> <p>2.3 提供可重复使用≥50次（以注册证信息为准）的大血管闭合切割二合一器械；</p> <p>#2.4 大血管闭合器械均具备钳口闭合锁定设计，并且可高温高压消毒重复使用。</p>
3	双极等离子电切	<p>3.1 4种不同双极等离子切割电流，5档能量输出可调；</p> <p>#3.2 等离子助推脉冲技术；</p> <p>3.3 兼容多品牌手件连接。</p>
4	手术器械	<p>4.1 具备多种开放、阴式及腹腔镜手术用电外科器械，并具备专用电流模式；</p> <p>4.2 具备多种钳、镊、剪、针、刀式电外科器械，并具备专用电流模式；</p> <p>4.2 大血管</p> <p>4.3 钳、剪式器械均为单侧连线设计，避免使用过程中的线缆缠绕；</p> <p>4.4 器械均可高温（134度）高压（2巴）消毒重复使用。</p>

<b>经济要求</b>		
<b>序号</b>	<b>指标名称</b>	<b>详细要求</b>
1	交付时间	合同签订后三个月内交货
2	质保期	≥3年
3	售后服务	维修到达现场时间≤0.5个工作日
4	付款条件或方式	
5	备品备件	
<b>实施建议</b>		
<b>序号</b>	<b>指标名称</b>	<b>详细要求</b>
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	