

项目名称	心电监护仪		
预算金额（总价）	4.00 万元	数量/计量单位	2 台
设备功能要求			
适用于成人、儿童的床边监护，满足临床中的使用需求。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	电池	1	个
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	★显示器	1.3、≥10.1 英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达 1280*800 像素或更高，≥8 通道波形显示。	
2	屏幕	最新电容屏非电阻屏。	
3	# 显示屏采用宽视角技术	支持 170 度可视范围	
4	锂电池	内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。	
5	# 机械臂定位误差	≤0.2mm（提供第三方医疗机构检测报告）	
6	★安全规格	安全规格：ECG，TEMP，IBP，SpO2，NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤 CF 型 <input type="checkbox"/> 。	
7	监护仪主机工作大气压环境范围	57.0~107.4kPa。	
8	监护仪主机工作温度环境范围	0~40° C。	
9	监护仪主机工作湿度环境范围	15~95%。	
经济要求			
序号	指标名称	详细要求	
1	交付时间	≤60 天	
2	质保期	2 年	

3	售后服务	产品发生故障时，对院方维修请求，工程师即时响应，若故障无法通过电话服务、远程支持服务解决，8 小时内到达现场，12 小时内排除故障。
4	付款条件或方式	
5	备品备件	
实施建议		
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	