

项目名称	电子结肠内窥镜（加长型）		
预算金额（总价）	55 万元	数量/计量单位	1 条
是否进口	进口品牌		
设备功能要求			
于对大肠的观察、诊断、摄影和治疗			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	电子结肠内窥镜	1	条
2			
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	副送水功能	具备	
2	视野角度	常规焦距 $\geq 170^\circ$ 、近焦模式 $\geq 160^\circ$	
3	弯曲角度	上 $\geq 180^\circ$ ，下 $\geq 180^\circ$ ，左 $\geq 160^\circ$ ，右 $\geq 160^\circ$	
4	插入部外径	$\leq 12.8\text{mm}$	
5	双焦距功能	具备	
6	有效长度	$\geq 1680\text{mm}$	
7	全长	$\geq 2005\text{mm}$	
8	景深	常规焦距 9-100mm、近焦模式 4-9mm	
9	★兼容	可兼容现有奥林巴斯 CV-290 主机	
经济要求			
序号	指标名称	详细要求	
1	交付时间	合同签订后 3 个月内	

2	质保期	≥2 年
3	售后服务	免费提供培训、维修响应时间 8 小时内、北京有维修站、质保期外配件及维修价格优惠情况（厂家自报）
4	付款条件或方式	
5	备品备件	北京有备件库
实施建议		
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	单一来源
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	
单一来源理由	科室目前所用的电子胃肠镜主机为奥林巴斯品牌，型号：CV-290，其它品牌电子结肠镜不能兼容，为了不造成浪费，申请购置原品牌电子结肠镜来满足临床需要	